


Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	CN211OIS 001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	244287727	Seite 1 von 25 <i>Page 1 of 25</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	1809187	Auftragsdatum: <i>Order date.:</i>	2020-12-22	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. Haier Industrial Park, Economic Technology Development Zone, Qingdao 266510 Shandong, P.R. China			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Vertical Steam Sterilizer			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	HRLM-80			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	TÜV Rheinland EMC service			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 61326-1:2013			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	2020-11-17			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	244287727-1-1			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2020-11-17~2020-11-18			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Refer to clause 1.1			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: / <i>I tested by:</i> Xuelan Zhang	genehmigt von: / <i>I authorized by:</i> Jiayi Zhou			
Datum: / <i>Date:</i> 2021-02-24 <i>Xuelan Zhang</i>	Datum: / <i>Date:</i> 2021-02-24 <i>Jiayi Zhou</i>			
Stellung: / <i>Position:</i> Senior project manager	Stellung: / <i>Position:</i> Senior manager			
Sonstiges / <i>Other:</i>				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
<p>* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: P(ass) = passed a.m. test specifications(s) F(ail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable N/T = not tested</p>				
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>				

V05

TEST SUMMARY

4.1.1 MAINS TERMINAL CONTINUOUS DISTURBANCE VOLTAGE

Result:

Passed

4.2.1 RADIATED EMISSION

Result:

Passed

5.1.1 ELECTROSTATIC DISCHARGE

Result:

Passed

5.1.2 RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD

Result:

Passed

5.1.3 POWER FREQUENCY MAGNETIC FIELDS

Result:

Passed

5.2.1 FAST TRANSIENTS

Result:

Passed

5.2.2 INJECTED CURRENT INTO AC POWER PORT

Result:

Passed

5.2.3 SURGES

Result:

Passed

5.2.4 VOLTAGE DIPS AND INTERRUPTIONS TO AC POWER PORT

Result:

Passed